

V Hradci Králové dne 08.11.2012

Veřejná zakázka č. 1236 – výzva k předložení nabídky

Název zakázky:

Nákup a dodávka 2 ks defibrilátorů

Zadavatel zakázky:

Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
IČ: 64811069

1. Plnění zakázky

1.1 Místo plnění zakázky:

Hradec Králové, Eliščíno nábřeží 842 - plavecký areál

1.2 Věcná specifikace předmětu zakázky:

viz příloha „Specifikace přístroje“

1.3 Lhůta plnění:

Dodání přístrojů do tří týdnů od uzavření kupní smlouvy.

2. Požadavek na identifikaci uchazeče

Identifikaci uchazeč splní předložením vyplněného předtištěného formuláře „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“, který bude součástí nabídky.

3. Požadavky zadavatele na kvalifikaci

3.1 Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.

3.2 Profesionální kvalifikační předpoklady

3.2.1 Splnění profesionálních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v nabídce:

- a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
- b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky, zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.

4. Požadavek na zpracování cenové nabídky

4.1 Nabídkovou cenu předloží uchazeč takto:

- cena za 1 ks defibrilátoru bez DPH
- DPH 20%
- cena celkem bez DPH, včetně DPH

4.2 Uchazeč dále doloží:

- technický popis předmětu zakázky s fotografií
- prohlášení výrobce o tom, že dodavatel je autorizovaným prodejcem výrobce
- zajištění servisu (oprav) v záruční i pozáruční lhůtě do 48 hodin od nahlášení
- nabídku záruční lhůty nejméně 62 měsíců

4.3 Dodavatel zajistí při předání přístroje prokazatelné proškolení obsluhy a zároveň dodá veškeré doklady (návod na obsluhu a údržbu včetně příslušenství atd.).

4.4 Cena dodávky bude obsahovat veškeré náklady dodavatele k řádnému a včasnému dodání předmětu zakázky včetně dopravy a prokazatelného zaškolení obsluhy.

5. Platební podmínky

Zadavatel neplatí předem, kupní cena bude hrazena po předání, resp. převzetí přístrojů a prokazatelném zaškolení obsluhy.

6. Další požadavky zadavatele

6.1 Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani Správy nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením podepsaného předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.

- 6.2 Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
6.3 Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce.

7. Převzetí podkladů k veřejné zakázce

- 7.1 Osobně zástupcem uchazeče, v sídle SNHK v určený termín proti podpisu, pokud se uchazeč se zadavatelem nedohodne jinak.
- 7.2 Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč SNHK na e-mail luxova@snhk.cz nebo telefon 495 774 174 nejpozději do sedmi dnů od počátku zveřejnění výzvy na Úřední desce.
- 7.3 Sídlo organizace:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
- 7.4 Termín převzetí:
pondělí 19.11.2012, od 8:00 do 10:00 hod
- 7.5 Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:
- Výzva,
 - Příloha „Specifikace přístroje“,
 - „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“,
 - Formulář „KRYCÍ LIST“ jednotná prezentace základních podmínek nabídky,
 - Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“,
 - Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“.

8. Lhůta a místo pro podání nabídky

- 8.1 Místo:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
- 8.2 Lhůta:
Pondělí až pátek (jsou-li pracovní dny) v době od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je:
pátek 23.11.2012 do 10:00 hod.
- 8.3 Nabídky se podávají pouze písemně a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených obálkách označených **číslem a názvem zakázky**, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a heslem „**NEOTVÍRAT**“.

9. Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

10. Kritéria pro přidělení zakázky

Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je nejvýhodnější nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

11. Práva zadavatele

- 11.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné zakázce.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky. V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.
- 11.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Veřejná zakázka č.1236 - Specifikace přístroje

Defibrilace

- Tvar výboje: bifázický seříznutý exponenciální
- Výstupní energie: přednastavitelné úrovně od 150J do 360J
- Flexibilní protokol výbojů: dávka energie se automaticky zvyšuje, nebyla-li porucha srdečního rytmu odstraněna prvním výbojem (volitelné)
- ADAPTIV: průběh křivky výboje se přizpůsobuje impedanci pacienta

Uživatelské rozhraní a možnosti nastavení

- Hlasové pokyny v českém jazyce
- Detekce pohybu pacienta
- Displej se zobrazením křivky EKG nebo grafickými pokyny k činnosti, s Menu pro nastavování parametrů
- Displej se zobrazením aktuální kapacity baterie a stavu přístroje
- Tlačítka pro ovládání přístroje po přechodu do manuálního režimu
- Možnost připojení třísvodového EKG
- Možnost nastavovat přímo v přístroji: dávky energie, dobu pro manuální resuscitaci mezi jednotlivými analýzami, hlasitost výzev a způsob výzev, zapínat a upravovat funkci cprMAX, čas a datum

Ukládání a stahování dat a programování přístroje

- Uložena data vždy dvou posledních pacientů
- Minimálně 40 minut EKG záznamu pro současného pacienta
- Souhrnný záznam všech kroků v průběhu zásahu s přístrojem
- Záznamy o automatických testech přístroje
- Programování přístroje a stahování dat prostřednictvím infraportu

Požadované příslušenství

- Li/MnO₂ baterie, 12V/4,5Ah
- Dva páry elektrod (každý přístroj)
- Brašna